

Warszawa, dnia 12.09.2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

## INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: **„Pompy kriogenicznej o dużej szybkości pompowania z wyposażeniem”** zostało unieważnione - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

### INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) **Zamawiający odrzucił ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę EDVAC Sp. z o.o.**, ul. Lotnicza 27, 05-090 Warszawa – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Wykonawca nie wskazał w złożonej ofercie szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. na podstawie której Zamawiający może zweryfikować zgodność techniczno - funkcjonalną oferowanego przedmiotu zamówienia z treścią SIWZ.

Zgodnie z postanowieniami Rozdziału 14 SIWZ Wykonawca wraz z ofertą ma obowiązek złożyć wypełniony załącznik nr 1 do formularza ofertowego (szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu), w którym podaje informacje dotyczące oferowanego sprzętu.

W tabeli załącznika konieczne jest podanie *nazwy firmy producenta sprzętu oraz oznaczeń identyfikacyjnych określających oferowany sprzęt w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości. Przy każdym wymienionym w tabeli sprzęcie należy podać oferowaną wartość.*

Wykonawca EDVAC Sp. z o.o. w załączniku nr 1 do Formularza ofertowego w kolumnie drugiej pt. „Parametry oferowanego sprzętu” nie wskazał wszystkich wymaganych parametrów oraz nie zadeklarował, iż wraz z zaworem bezpieczeństwa oferują także membranę. Dany wymóg był jednoznacznie określony w SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

W złożonej ofercie brakuje informacji o szybkości pompowania i pojemności pompy; brakuje informacji czy pompa wykonana jest ze stali nierdzewnej; brakuje informacji czy wszystkie porty w pompie są typu ConFlat CF; brakuje informacji czy kompresor helowy współpracuje z zaofertowaną pompą kriogeniczną; brakuje informacji czy przejściówka (reducer nipple) wykonana jest ze stali nierdzewnej 304L oraz jakiej jest długości; brakuje informacji czy przewody helowe zakończone są samouszczelniającymi się szybkozłączami (aeroquipami); brakuje informacji czy przewody helowe są dedykowane do podłączenia sprężonego helu z kompresora do pompy kriogenicznej; zaofertowana ilość zestawów przewodów helowych jest większa niż Zamawiający wymagał; brak informacji o różnicy ciśnienia w czasie otwierania zaworu kątownego oraz o nieszczelności zaworu.

**Tym samym treść oferty złożonej przez Wykonawcę EDVAC Sp. z o.o. nie odpowiada treści SIWZ.**

10

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się jednolicie, że dokumenty odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przyszłego zobowiązania wykonawcy, dookreślające i uszczegóławiające jego zakres czy sposób wykonania – co do zasady są w znaczeniu zarówno materialnym, jak i formalnym – częścią oferty rozumianej jako oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do określonego wykonania zamówienia.


Po upływie terminu składania ofert – w przypadku braków lub błędów w tych dokumentach – nie jest możliwe ich uzupełnienie, albowiem doszłoby do niedozwolonej zmiany treści oferty. Zgodnie z art. 87 ust. 1 zd. 2 ustawy pzp niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą jakichkolwiek negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Braki lub błędy w tych dokumentach, których nie będzie można usunąć w trybie poprawienia omyłek (art. 87 ust. 2 ustawy pzp) będą więc – co do zasady – przesądzały o niezgodności treści oferty z wymaganiami zamawiającego, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku takich niezgodności zamawiający zobligowany jest do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, z uwagi na to, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

### Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

**anulowano**

Numer oferty	Wykonawca	Liczba pkt. w kryterium cena	Liczba pkt. w kryterium gwarancja	Liczba pkt. w kryterium termin realizacji zamówienia	RAZEM
1	<b>EDVAC Sp. z o.o.</b> ul. Lotnicza 27, 05-090 Warszawa	-	-	-	-

Z poważaniem,

Fundacja Badawcza MagTop  
  
 prof. dr hab. Tomasz Dietl  
 Prezes Zarządu